

PD Night Set Vario Plus com PIN 2 vias

Nome Técnico: Equipo de transferencia

Contém 01 unidade.

Artigo médico-hospitalar atóxico, estéril e isento de pirogênio. O fabricante recomenda o uso único.

Indicação: Transferência de Solução Polieletrólítica para Diálise Peritoneal para o paciente e do dialisado para a bolsa de drenagem, através de Cicladora PD - Night.

Instruções de Uso:

1. Retire o produto da embalagem sob condições assépticas.
2. Instalar o PD Night Set Vario Plus

na Cicladora PD Night de acordo com as mensagens do painel do equipamento e instruções do manual do equipamento.
3. Conectar o PD Night Set Vario Plus à extensão para cateter. Abrir as pinças e iniciar a diálise peritoneal. Após o término da sessão de diálise peritoneal, fazer pressão para liberação do PIN para fechar a extensão para cateter.
4. Desconectar a extensão para cateter do PD Night Set Vario Plus e tampá-la com a cápsula de desinfecção.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Conservar em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
Não utilizar após o prazo de validade.

Contiene 1 unidad.

Artículo médico - hospitalario atóxico, estéril y exento de pirogênio. El fabricante recomienda el uso único.

Indicación: Transferencia de solución polielectrolítica para diálisis peritoneal al paciente y del dializado a la bolsa de drenaje, a través de Cicladora PD - Night.

Instrucciones de uso:

1. Retirar el producto del envase en condiciones asépticas.
2. Instalar el PD Night Set Vario Plus en la Cicladora PD Night de acuerdo con los mensajes del panel del

equipo y de las instrucciones del manual del equipo.
3. Conectar el PD Night Set Vario Plus al prolongador de catéter. Abrir las pinzas e iniciar la diálisis peritoneal. Después del término de la sesión de diálisis peritoneal, hacer presión para la liberación del PIN.
4. Desconectar la línea del paciente y tapar el prolongador de catéter con el obturador.

No utilizar si el empaque está dañado.
Conservar a temperatura ambiente y en lugar protegido de la humedad.
No utilizar después del plazo de validez.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

STERILE EO



Fresenius Medical Care Ltda.

Rua Amoreira, 891 - Bairro Roseira - Jaguariúna/SP - Brasil - CEP: 13917-472 - C.N.P.J.: 01.440.590/0001-36
Reg. ANVISA: 80133950113 - **SAC: 08000-123434** - Responsável Técnico: Wagner Hirata - CRF-SP: 23.795

Importado por: Fresenius Medical Care del Perú S.A. - Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Int. 801 y 901, Urb. Orrantia, Magdalena del Mar, Lima, Perú. R.U.C N°: 20462793791. D.T. Juan Olivares. R.S. N° DM11064E

Importado en Argentina por: Fresenius Medical Care Argentina S.A. - Arenales 707, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - Tel: 54 11 4130 1000; Fax: 54 11 4130 1111 - Director Técnico: Farmacéutica Claudia Álvarez Lentino, M.P.: 18.631 - Autorizado por la ANMAT PM 169-6. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

cód. do produto
F00007085



7 8 9 8 1 5 7 4 5 0 4 9 5

Rev.03

PD Night Set Vario Plus com PIN 3 vias

Nome Técnico: Equipamento de transferência

Contém 01 unidade.

Artigo médico-hospitalar atóxico, estéril e isento de pirogênio. O fabricante recomenda o uso único.

Indicação: Transferência de Solução Polieletrólítica para Diálise Peritoneal para o paciente e do dialisado para a bolsa de drenagem, através de Cicladora PD - Night.

Instruções de Uso:

1. Retire o produto da embalagem sob condições assépticas.
2. Instalar o PD Night Set Vario Plus

na Cicladora PD Night de acordo com as mensagens do painel do equipamento e instruções do manual do equipamento.

3. Conectar o PD Night Set Vario Plus à extensão para cateter. Abrir as pinças e iniciar a diálise peritoneal. Após o término da sessão de diálise peritoneal, fazer pressão para liberação do PIN para fechar a extensão para cateter.
4. Desconectar a extensão para cateter do PD Night Set Vario Plus e tampá-la com a cápsula de desinfecção.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Conservar em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
Não utilizar após o prazo de validade.

Contiene 1 unidad.

Artículo médico - hospitalario atóxico, estéril y exento de pirogênio. El fabricante recomienda el uso único.

Indicación: Transferencia de solución polielectrolítica para diálisis peritoneal al paciente y del dializado a la bolsa de drenaje, a través de Cicladora PD - Night.

Instrucciones de uso:

1. Retirar el producto del envase en condiciones asépticas.
2. Instalar el PD Night Set Vario Plus en la Cicladora PD Night de acuerdo con los mensajes del panel del

equipo y de las instrucciones del manual del equipo.

3. Conectar el PD Night Set Vario Plus al prolongador de catéter. Abrir las pinzas e iniciar la diálisis peritoneal. Después del término de la sesión de diálisis peritoneal, hacer presión para la liberación del PIN.
4. Desconectar la línea del paciente y tapar el prolongador de catéter con el obturador.

No utilizar si el empaque está dañado.
Conservar a temperatura ambiente y en lugar protegido de la humedad.
No utilizar después del plazo de validez.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

STERILE EO



Fresenius Medical Care Ltda.

Rua Amoreira, 891 - Bairro Roseira - Jaguariúna/SP - Brasil - CEP: 13917-472 - C.N.P.J.: 01.440.590/0001-36
Reg. ANVISA: 80133950113 - **SAC: 08000-123434** - Responsável Técnico: Wagner Hirata - CRF-SP: 23.795

Importado por: Fresenius Medical Care del Perú S.A. - Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Int. 801 y 901, Urb. Orrantia, Magdalena del Mar, Lima, Perú. R.U.C N°: 20462793791. D.T. Juan Olivares. R.S. N° DM11064E

Importado en Argentina por: Fresenius Medical Care Argentina S.A. - Arenales 707, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - Tel: 54 11 4130 1000; Fax: 54 11 4130 1111 - Director Técnico: Farmacéutica Claudia Álvarez Lentino, M.P.: 18.631 - Autorizado por la ANMAT PM 169-6. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

cód. do produto
F00007086



7 8 9 8 1 5 7 4 5 0 5 1 8

Rev.03

PD Night Set Vario Plus com PIN 5 vias

Nome Técnico: Equipo de transferencia

Contém 01 unidade.

Artigo médico-hospitalar atóxico, estéril e isento de pirogênio. O fabricante recomenda o uso único.

Indicação: Transferência de Solução Polieletrólítica para Diálise Peritoneal para o paciente e do dialisado para a bolsa de drenagem, através de Cicladora PD - Night.

Instruções de Uso:

1. Retire o produto da embalagem sob condições assépticas.
2. Instalar o PD Night Set Vario Plus

na Cicladora PD Night de acordo com as mensagens do painel do equipamento e instruções do manual do equipamento.
3. Conectar o PD Night Set Vario Plus à extensão para cateter. Abrir as pinças e iniciar a diálise peritoneal. Após o término da sessão de diálise peritoneal, fazer pressão para liberação do PIN para fechar a extensão para cateter.
4. Desconectar a extensão para cateter do PD Night Set Vario Plus e tampá-la com a cápsula de desinfecção.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Conservar em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
Não utilizar após o prazo de validade.

Contiene 1 unidad.

Artículo médico - hospitalario atóxico, estéril y exento de pirógeno. El fabricante recomienda el uso único.

Indicación: Transferencia de solución polielectrolítica para diálisis peritoneal al paciente y del dializado a la bolsa de drenaje, a través de Cicladora PD - Night.

Instrucciones de uso:

1. Retirar el producto del envase en condiciones asépticas.
2. Instalar el PD Night Set Vario Plus en la Cicladora PD Night de acuerdo con los mensajes del panel del

equipo y de las instrucciones del manual del equipo.
3. Conectar el PD Night Set Vario Plus al prolongador de catéter. Abrir las pinzas e iniciar la diálisis peritoneal. Después del término de la sesión de diálisis peritoneal, hacer presión para la liberación del PIN.
4. Desconectar la línea del paciente y tapar el prolongador de catéter con el obturador.

No utilizar si el empaque está dañado.
Conservar a temperatura ambiente y en lugar protegido de la humedad. No utilizar después del plazo de validez.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**



Fresenius Medical Care Ltda.

Rua Amoreira, 891 - Bairro Roseira - Jaguariúna/SP - Brasil - CEP: 13917-472 - C.N.P.J.: 01.440.590/0001-36
Reg. ANVISA: 80133950113 - **SAC: 08000-123434** - Responsável Técnico: Wagner Hirata - CRF-SP: 23.795

Importado por: Fresenius Medical Care del Perú S.A. - Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Int. 801 y 901, Urb. Oarrantia, Magdalena del Mar, Lima, Perú. R.U.C N°: 20462793791. D.T. Juan Olivares. R.S. N° DM11064E

Importado en Argentina por: Fresenius Medical Care Argentina S.A. - Arenales 707, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - Tel: 54 11 4130 1000; Fax: 54 11 4130 1111 - Director Técnico: Farmacéutica Claudia Álvarez Lentino, M.P.: 18.631 - Autorizado por la ANMAT PM 169-6. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

cód. do produto
F00006995



7 898157 450082

Rev.03

PD Night Set PED Vario Plus com PIN 3 vias

Nome Técnico: Equipamento de transferência

Contém 01 unidade.

Artigo médico-hospitalar atóxico, estéril e isento de pirogênio. O fabricante recomenda o uso único.

Indicação: Transferência de Solução Polieletrólítica para Diálise Peritoneal para o paciente e do dialisado para a bolsa de drenagem, através de Cicladora PD - Night.

Instruções de Uso:

1. Retire o produto da embalagem sob condições assépticas.
2. Instalar o PD Night Set Vario Plus

na Cicladora PD Night de acordo com as mensagens do painel do equipamento e instruções do manual do equipamento.
3. Conectar o PD Night Set Vario Plus à extensão para cateter. Abrir as pinças e iniciar a diálise peritoneal. Após o término da sessão de diálise peritoneal, fazer pressão para liberação do PIN para fechar a extensão para cateter.
4. Desconectar a extensão para cateter do PD Night Set Vario Plus e tampá-la com a cápsula de desinfecção.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Conservar em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
Não utilizar após o prazo de validade.

Contiene 1 unidad.

Artículo médico - hospitalario atóxico, estéril y exento de pirógeno. El fabricante recomienda el uso único.

Indicación: Transferencia de solución polielectrolítica para diálisis peritoneal al paciente y del dializado a la bolsa de drenaje, a través de Cicladora PD - Night.

Instrucciones de uso:

1. Retirar el producto del envase en condiciones asépticas.
2. Instalar el PD Night Set Vario Plus en la Cicladora PD Night de acuerdo con los mensajes del panel del

equipo y de las instrucciones del manual del equipo.

3. Conectar el PD Night Set Vario Plus al prolongador de catéter. Abrir las pinzas e iniciar la diálisis peritoneal. Después del término de la sesión de diálisis peritoneal, hacer presión para la liberación del PIN.
4. Desconectar la línea del paciente y tapar el prolongador de catéter con el obturador.

No utilizar si el empaque está dañado.

Conservar a temperatura ambiente y en lugar protegido de la humedad. No utilizar después del plazo de validez.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

STERILE EO



Fresenius Medical Care Ltda.

Rua Amoreira, 891 - Bairro Roseira - Jaguariúna/SP - Brasil - CEP: 13917-472 - C.N.P.J.: 01.440.590/0001-36
Reg. ANVISA: 80133950113 - **SAC: 08000-123434** - Responsável Técnico: Wagner Hirata - CRF-SP: 23.795

Importado por: Fresenius Medical Care del Perú S.A. - Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Int. 801 y 901, Urb. Oarrantia, Magdalena del Mar, Lima, Perú. R.U.C N°: 20462793791. D.T. Juan Olivares. R.S. N° DM11064E

Importado en Argentina por: Fresenius Medical Care Argentina S.A. - Arenales 707, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - Tel: 54 11 4130 1000; Fax: 54 11 4130 1111 - Director Técnico: Farmacéutica Claudia Álvarez Lentino, M.P.: 18.631 - Autorizado por la ANMAT PM 169-6. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

cód. do produto
F00006994



7 8 9 8 1 5 7 4 5 0 2 4 2

Rev.03